

**Furnizare echipament medical Lotul 4-„ RMN”, in cadrul
proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri
Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis
Turcanu” Timisoara” – Cod SMIS 121198**

Anunt atribuire nr. CAN1060835/16.08.2021

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

Municipiul Timisoara

Cod de identificare fiscala: 14756536; Adresa: Strada: Bv.C.D.Loga , nr. 1, Sector: -, Judet: Timis; Localitatea: Timisoara; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal: 300030; Tara: Romania; Persoana de contact: Corina Diana Coroian- Consilier Achizitii Publice; Telefon: +40 256408367; Fax: -E-mail: achizitii publice@primariatm.ro; Adresa internet: (URL) www.primariatm.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.4) Tipul autoritii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect

Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu

Furnizare echipament medical Lotul 4-„ RMN”, in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara” – Cod SMIS 121198

Numar referinta: 14756536_2020_PAAPD1143432

II.1.2) Cod CPV principal

33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului

Furnizare

II.1.4) Descrierea succinta

Furnizare echipamente medicale Lot 4-„ RMN (1buc.)”, in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara” – Cod SMIS 121198, in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire .Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.6) Informatii privind loturile

Contractul este impartit în loturi: Nu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

Valoare: 4498500

Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO424 Timiș

Locul principal de executare:

Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” , str. Dr. Iosif Nemoianu nr.2 din Timisoara Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” , str. Dr. Iosif Nemoianu nr.2 din Timisoara

II.2.4) Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

In baza contractului se vor furniza echipamente medicale Lotul 4-„RMN” (1 buc.), inclusiv transportul montarea (documentatia tehnica DTAC, PT, obtinere autorizatie si orice documente care ar putea fi necesare pentru instalarea aparatului, verificare documentatie tehnica),efectuarea lucrarilor aferente, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului in cadrul proiectului: „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu Timisoara” – Cod SMIS 121198, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si anexele acestuia. Se doreste achiziționarea unor produse de calitate, conform caracteristicilor descrise în documentatia de atribuire, considerate ca fiind cerințe minime obligatorii.

II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare: Pretul ofertei

Descriere: Componenta financiara

Pondere: 60%

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: $P(n) = (\text{Pret minim ofertat} / \text{Pret } n) \times \text{punctaj maxim alocat}$.

Denumire factor evaluare: 2.1.Puterea de iesire a amplificatorului RF

Descriere: Puterea de iesire a amplificatorului RF (minim 12 kW)

Pondere: 4%

Algoritm de calcul: -conform fisei tehnice puterea de iesire a amplificatorului RF este minim 12 kW, orice oferta sub aceasta valoare este neconforma; - ofertantii care prezinta echipament cu caracteristici de 12 KW vor fi acceptati dar vor primi zero „0” puncte; - ofertantii care prezinta echipament cu puterea de iesire a amplificatorului RF mai mare de 12 kW si mai mica de 18 kW vor primi 1 punct; -ofertantii care prezinta echipament cu puterea de iesire a amplificatorului RF mai mare sau egal cu 18 kW vor primi 4 puncte

Denumire factor evaluare: 2.2.Domeniu de scanare pe orizontala

Descriere: domeniu de scanare pe orizontala (minim 140 cm)

Pondere: 4%

Algoritm de calcul: -conform fisei tehnice cerinta pt.“Domeniu de scanare pe orizontala” este minim 140 cm, orice oferta sub aceasta valoare este neconforma; - ofertantii care prezinta echipament cu domeniu de scanare pe orizontala de 140 cm vor fi acceptati dar vor primi zero „0” puncte; - ofertantii care prezinta echipament cu domeniu de scanare pe orizontala mai mari de 140 cm si mai mici de 190 cm, vor primi 1 punct; - ofertantii care prezinta echipament cu domeniu de scanare pe orizontala mai mari sau egal cu 190 cm vor primi 4 puncte.

Denumire factor evaluare: 2.3.Viteza de reconstructie imagini

Descriere: Viteza de reconstructie imagini (minim 10 000 imagini recon/sec, la FOV maxim, matrice 256x256)

Pondere: 4%

Algoritm de calcul: -conform fisei tehnice Viteza de reconstructie imagini este minim 10.000 imagini recon/sec la FOV maxim, matrice 256x256 orice oferta sub aceasta valoare este neconforma; - ofertantii care prezinta echipament cu viteza de reconstructie imagini de 10.000 imagini recon/sec la FOV maxim, matrice 256x256 vor fi acceptati, dar vor primi zero „0” puncte; - ofertantii care prezinta echipament cu viteza de reconstructie imagini mai mare de “10.000 imagini recon/sec la FOV maxim, matrice 256x256” si mai mica de “50.000 imagini recon/sec la FOV maxim, matrice 256x256” vor primi 1 punct; - ofertantii care prezinta echipament cu viteza de reconstructie imagini mai mare sau egala cu “50.000 imagini recon/sec la FOV maxim, matrice 256x256”, vor primi 4 puncte

Denumire factor evaluare: 2.4.Sisteme adiacete hardware si software de iluminare incorporate in solutia functionala a echipamentului

Descriere: Sisteme adiacete hardware si software de iluminare incorporate in solutia functionala a echipamentului ce pot fi alese si ajustate individual- in functie de pacient si impreuna cu acesta- asigurand iluminarea prietenoasa- proiectii imagini si culori in

camera de examinare pentru a contribui la reducerea starii de anxietate a copilului.

Pondere: 4%

Algoritm de calcul: - Ofertantii care nu prezinta un model de RMN cu sisteme adiacete hardware si software de iluminare incorporate in solutia functionala a echipamentului ce pot fi alese si ajustate individual- in functie de pacient si impreuna cu acesta- asigurand iluminarea prietenoasa- proiectii imagini si culori in camera de examinare pentru a contribui la reducerea starii de anxietate a copilului vor primi zero puncte. - Ofertantii care prezinta un model de RMN cu sisteme adiacete hardware si software de iluminare incorporate in solutia functionala a echipamentului ce pot fi alese si ajustate individual- in functie de pacient si impreuna cu acesta- asigurand iluminarea prietenoasa- proiectii imagini si culori in camera de examinare pentru a contribui la reducerea starii de anxietate a copilului, vor primi patru puncte (aceste sisteme vor fi prezentate si descrise in propunerea tehnica) .

Denumire factor evaluare: 2.5.Antena pentru tip corp - torace/abdomen/pelvis

Descriere: Antena pentru tip corp - torace/abdomen/pelvis cu minim 6 elemente/canale , acoperire min 25 cm- in oricare format(landscape sau portret) max 2 kg greutate totala.

Pondere: 4%

Algoritm de calcul: -conform fisei tehnice cerinta minima este: "Antena pentru tip corp - torace/abdomen/pelvis are minim 6 elemente/canale , acoperire min 25 cm- in oricare format(landscape sau portret) si max 2 kg greutate totala" si orice oferta care nu se incadreaza in aceasta cerinta minima va fi declarata neconforma; - ofertantii care prezinta echipament cu Antena pentru tip corp - torace/abdomen/pelvis cu 6 elemente/canale, acoperire 25 cm- in oricare format(landscape sau portret) si max 2 kg greutate totala vor fi acceptati dar vor primi zero „0” puncte; - ofertantii care prezinta echipament cu "Antena pentru tip corp - torace/abdomen/pelvis cu > 6 elemente/canale, < 18 elemente/ canale, acoperire > de 25 cm, < 40 cm - in oricare format(landscape sau portret) si max 2 kg greutate totala" vor primi 1 punct; - ofertantii care prezinta echipament cu "Antena pentru tip corp - torace/abdomen/pelvis > sau = cu 18 elemente , si 40 cm - in oricare format(landscape sau portret) si max 2 kg greutate totala", vor primi 4 puncte.

Denumire factor evaluare: 2.6.Camp de vedere (FOV)

Descriere: Camp de vedere (FOV) de min. 45X45X 45 cm în toate directiile (x,y,z) cu omogenitate garantata

Pondere: 4%

Algoritm de calcul: -conform fisei tehnice cerinta minima este:"Camp de vedere (FOV) este minim 45X45X 45 cm, în toate directiile (x,y,z) cu omogenitate garantata", si orice oferta care nu se incadreaza in aceasta cerinta minima va fi declarata neconforma; - ofertantii care prezinta echipament cu "Camp de vedere (FOV) de 45X45X 45 cm în toate directiile (x,y,z) cu omogenitate garantata " vor fi acceptati dar vor primi zero „0” puncte; - ofertantii care prezinta echipament cu " Camp de vedere (FOV)" > 45X45X45 < 50X50X45 vor primi 1 punct; - ofertantii care prezinta echipament cu "Camp de vedere (FOV)" > sau = 50X50X 45 vor primi 4 puncte

Denumire factor evaluare: 2.7.Antena pentru coloana, compatibila cu software de accelerare, integrata în masa

Descriere: Antena pentru coloana, compatibila cu software de accelerare, integrata în masa, cu minim 16 elemente/canale, acoperire min 85 cm, aplicatii pe toate zonele- segmentele coloanei C/T/L – total spine

Pondere: 4%

Algoritm de calcul: -conform fisei tehnice cerinta minima este: "antena pentru coloana, compatibila cu software de accelerare, integrata în masa, cu minim 16 elemente/canale, acoperire min 85 cm, aplicatii pe toate zonele- segmentele coloanei C/T/L – total spine" si orice oferta care nu se incadreaza in aceasta cerinta minima va fi declarata neconforma; - ofertantii care prezinta echipament- cu caracteristici "antena pentru coloana, compatibila cu software de accelerare, integrata în masa, cu minim 16 elemente/canale, acoperire 85 cm aplicatii pe toate zonele- segmentele coloanei C/T/L – total spine", vor fi acceptati si vor primi zero puncte; - ofertantii care prezinta echipament- cu caracteristici "Antena pentru coloana, compatibila cu software de accelerare, integrata în masa, cu minim 16 elemente/canale", acoperire >85 cm si <90 cm, aplicatii pe toate zonele- segmentele coloanei C/T/L – total spine vor fi acceptati si vor primi 1 punct; - ofertantii care prezinta echipament cu caracteristici "Antena pentru coloana, compatibila cu software de accelerare, integrata în masa, cu 16 elemente/canale", acoperire > sau = 90 cm, aplicatii pe toate zonele- segmentele coloanei C/T/L – total spine, vor primi 4 puncte

Denumire factor evaluare: 2.8.Viteza de deplasare blat masa

Descriere: Viteza de deplasare blat masa

Pondere: 4%

Algoritm de calcul: - ofertantii care prezinta echipament- cu "viteza de deplasare blat masa" pana la 150 mm/secunda vor primi un „1” punct; - ofertantii care prezinta echipament- cu "Viteza de deplasare blat masa" ≥ de 150 mm/secunda vor primi 4 puncte

Denumire factor evaluare: 2.9. Omogenitatea garantata a câmpului magnetic în interiorul unui volum sferic raportata la valoarea sferica a FOV

Descriere: Omogenitatea garantata a câmpului magnetic în interiorul unui volum sferic raportata la valoarea sferica a FOV minimal 45 cm DSV: max: 3.0 ppm garanta

Pondere: 4%

Algoritm de calcul: -conform fisei tehnice cerinta minima este: "Omogenitatea garantata a câmpului magnetic în interiorul unui volum sferic raportata la valoarea sferica a FOV minimal 45 cm DSV este max: 3.0 ppm garantat" si orice oferta care nu se incadreaza

in aceasta cerinta minima va fi declarata neconforma; - ofertantii care prezinta echipament cu caracteristici „Omogenitatea garantata a câmpului magnetic în interiorul unui volum sferic raportata la valoare sferica a FOV minimal 45 cm DSV cu 3.0 ppm „ vor fi acceptati dar vor primi zero „0” puncte; - ofertantii care prezinta echipament cu caracteristici „Omogenitatea garantata a câmpului magnetic în interiorul unui volum sferic raportata la valoare sferica a FOV minimal 45 cm DSV cu” > sau = 2,9 ppm vor primi 1 punct; - ofertantii care prezinta echipament cu caracteristici „ Omogenitatea garantata a câmpului magnetic în interiorul unui volum sferic raportata la valoare sferica a FOV minimal 45 cm DSV cu” < 2,9 ppm vor primi 4 puncte

Denumire factor evaluare: 2.10.Greutatea magnetului

Descriere: Greutatea magnetului (incluzand criogen, electronica si gradient): 5000 kg max

Pondere: 4%

Algoritm de calcul: - conform fisei tehnice „Greutatea magnetului (incluzand criogen, electronica si gradient) este de max 5000 kg” si orice oferta peste aceasta valoare este neconforma; - ofertantii care prezinta echipament cu „Greutatea magnetului (incluzand criogen, electronica si gradient) de 5000 kg „ vor fi acceptati dar vor primi zero „0” puncte; - ofertantii care prezinta echipament cu „Greutatea magnetului (incluzand criogen, electronica si gradient)” > sau = 4000 kg vor primi 1 punct; - ofertantii care prezinta echipament cu „Greutatea magnetului (incluzand criogen, electronica si gradient)” < 4000 kg vor primi 4 puncte

II.2.11) Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da

Identificarea proiectului: -

Tip finantare: Program / Proiect

PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

II.2.14) Informatii suplimentare

Contract de finantare nr.4171/16.04.2019

Sectiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

IV.1.6) Informatii despre licitatie electronica

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Da

IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura

Numarul anuntului in JOUE: 2020/S 208-506974

IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii

Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt orientativ periodic

Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

Sectiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: Da

V.2) Atribuirea contractului

Contract de furnizare echipament medical, Lotul 4-„RMN”, in cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara” – Cod SMS 121198

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului

71 / 11.08.2021

V.2.2) Informatii privind ofertele

Numarul de oferte primite: 1

Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1

Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0

Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0

Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

V.2.3) Numele si adresa contractantului

PAPAPOSTOLOU S.R.L

Cod de identificare fiscala: RO 22318421; Adresa: Strada Cuza Alexandru Ioan, Nr. 28; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal: 011055; Tara: Romania; Telefon: +40 213212223; Fax: +40 213212226; E-mail: info@pmec.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Nu

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 4498518,10

Valoarea totala a contractului/lotului: 4498500

Moneda: RON

V.2.5) Informatii privind subcontractarea

Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da

Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:

Valoare fara TVA: 0 Moneda: RON

Procent: 16,01%

Sectiunea VI: Informatii complementare

VI.3) Informatii suplimentare

1. In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SEAP, DUAE este configurat direct in SEAP si pus la dispozitia operatorilor economici interesati. Operatorii economici participanti vor completa in SEAP in mod direct, in acest document informatiile/ raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tanand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz.

2. Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

3. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

4. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari, sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita precizat de autoritatea contractanta la sectiunea II.1.4 a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art.160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in

mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul prevazut in anuntul de participare. Raspunsul consolidat la clarificarile solicitate, va fi publicat în SEAP in cadrul anuntului de participare.

5.În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.

6.Oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea factorilor de evaluare, astfel cum sunt acestia definiti in documentatia de atribuire. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face tinandu-se cont de punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta va solicita noi propuneri financiare iar oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cncsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cncsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii 101/2016, cu ultimele completari si modificari.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Municipiul Timisoara - Serviciul Achizitii Publice, cam.223

Adresa: Bv. C.D. Loga nr.1; Localitatea: Timisoara; Cod postal: 300030; Tara: Romania; Telefon: +40 256408367; Fax: -E-mail: achizitii publice@primariatm.ro; Adresa internet: (URL) www.primariatm.ro;

VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru

-

VI.4.7) Procedura verificata ANAP

Nu

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

11.08.2021

Primar
Dominic Fritz



Consilier Achizitii Publice
Corina Coroian

